



№ 14/12408 від 1008 20 14 р.

Україна, 55000, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл.
тел.: (044) 287-26-61; (05136) 4-22-22
факс: (05136) 4-11-70; 2-18-32
E-mail: office@sunpp.atom.gov.ua

на № _____ від _____ 20 ____ р.

Р/р 26004103087001 в ЗАТ «Альфа-Банк»,
МФО 300346, ЄДРПОУ 20915546,
01025, м. Київ

Про відгук на дослідну
експлуатацію комбінованих
давачів температури типу
ПТК-01 АС.

Головному інженеру
ПрАТ заводу «Омега»
Сеньків В.І.

м. Самбір, т/ф (03236) 6-08-60
(03236) 6-06-06

КОПІЯ

Шановний Володимир Іванович!

Доводимо до Вашого відома, що до термoeлектричних давачів температури типу ПТК-01 АС, котрі знаходяться в дослідній експлуатації на ЮУАЕС в кількості 5 штук та працюють в комплекті з цифровими приладами типу ПВЦ-01/...АС, зауважень не маємо. Вироби підтверджують свої технічні характеристики, які закладені в супроводжувальній технічній документації.

Вважаємо доцільним їх застосування для вимірів температури на технологічному обладнанні енергоблоків АЕС.

З повагою,
головний інженер

В.І. Кузнецов

*11275(4)