

## Структура умовної позначки виконання ПТК-01 АС

<u>XXX-XX</u>	<u>X XXX-</u>	<u>X XXX-XX-</u>	<u>XXX</u>	<u>/XXXXX</u>	<u>- X-</u>	<u>XX</u>	<u>- X-X-X,</u>	<u>X, X,</u>	<u>X</u>	
										Познака виробу: ПТК-01АС
										Кількість (ПТ) (1,2)
										Умовна позначка номінально-статичної характеристики (НСХ): ХА(К) або ХК(L)
										Кількість термоперетворювачів опору платинових (ТОП) (1,2,3)
										ТОП
										ВА
										Довжина монтажної частини L (Таблиці В.1-В.12)
										Довжина занурювальної частини L <sub>1</sub> (Таблиці В.1-В.12)
										Клас згідно з ДСТУ 2857: 1 або 2
										Діаметр прокладки D термоконтактної (рисунок В.25) 4, 8, 10
										Числові значення трьох точок температури в градусах Цельсія з індивідуальним градую-ванням
										Познака конструкторської документації (КД) (Таблиці В.1 – В.12)
										Кут в градусах між роз'ємами на головці виробу: 45°, 90°, 180°
										Познака ТУ У 26.5-14311554-121:2014